



Data: 20/03/2017

Referència: 2017023

AJ

## RETIRADA DE LOTS

### Retirada del mercat de diversos lots del medicament OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL (N.R. 66967).

Tipus d'alerta: **Qualitat**

Tipus de producte: **Medicament d'ús humà**

\* Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears \* Centre de Farmacovigilància de Catalunya \* Col·legis de farmacèutics \* Col·legis de metges \* Dipòsits de medicaments intrahospitalaris \* Serveis de farmàcia hospitalària \*

El Departament d'Inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat de diversos lots dels medicaments OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 30 l (C.N. 651823), OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 31 l (C.N. 651824), OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 36 l (C.N. 651825) i OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 180 l (RANGER) (C.N. 651832), comercialitzat per OXIGEN SALUD, S.A., (c/Pere IV, 453, 08020, Barcelona).

OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 30 l (C.N. 651823):

- Lot 5775, data de caducitat: 19.02.2022
- Lot 5781, data de caducitat: 21.02.2022
- Lot 5783, data de caducitat: 22.02.2022
- Lot 5785, data de caducitat: 23.02.2022
- Lot 5787, data de caducitat: 26.02.2022
- Lot 5789, data de caducitat: 27.02.2022
- Lot 5791, data de caducitat: 28.02.2022
- Lot 5795, data de caducitat: 01.03.2022
- Lot 5796, data de caducitat: 02.03.2022
- Lot 5800, data de caducitat: 05.03.2022
- Lot 5801, data de caducitat: 06.03.2022
- Lot 5805, data de caducitat: 07.03.2022
- Lot 5807, data de caducitat: 08.03.2022
- Lot 5809, data de caducitat: 09.03.2022
- Lot 5811, data de caducitat: 12.03.2022
- Lot 5813, data de caducitat: 13.03.2022

OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 31 l (C.N. 651824):

- Lot 5769, data de caducitat: 15.02.2022
- Lot 5771, data de caducitat: 16.02.2022
- Lot 5775, data de caducitat: 19.02.2022
- Lot 5783, data de caducitat: 22.02.2022
- Lot 5787, data de caducitat: 26.02.2022
- Lot 5789, data de caducitat: 27.02.2022
- Lot 5795, data de caducitat: 01.03.2022
- Lot 5796, data de caducitat: 02.03.2022
- Lot 5800, data de caducitat: 05.03.2022
- Lot 5801, data de caducitat: 06.03.2022
- Lot 5805, data de caducitat: 07.03.2022
- Lot 5807, data de caducitat: 08.03.2022
- Lot 5809, data de caducitat: 09.03.2022
- Lot 5811, data de caducitat: 12.03.2022
- Lot 5813, data de caducitat: 13.03.2022



Data: 20/03/2017

Referència: 2017023

AJ

## RETIRADA DE LOTS

**Retirada del mercat de diversos lots del medicament OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL (N.R. 66967).**

Tipus d'alerta: **Qualitat**

Tipus de producte: **Medicament d'ús humà**

\* Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears \* Centre de Farmacovigilància de Catalunya \* Col·legis de farmacèutics \* Col·legis de metges \* Dipòsits de medicaments intrahospitalaris \* Serveis de farmàcia hospitalària \*

**OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 36 l (C.N. 651825):**

- Lot 5766, data de caducitat: 14.02.2022
- Lot 5787, data de caducitat: 26.02.2022
- Lot 5791, data de caducitat: 28.02.2022
- Lot 5796, data de caducitat: 02.03.2022
- Lot 5805, data de caducitat: 07.03.2022
- Lot 5809, data de caducitat: 09.03.2022
- Lot 5811, data de caducitat: 12.03.2022

**OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO OXIGEN SALUD 99,5% V/V GAS CRIOGENICO MEDICINAL, 1 recipient criogènic mòbil de 180 l (RANGER) (C.N. 651832):**

- Lot 5766, data de caducitat: 14.02.2022
- Lot 5809, data de caducitat: 09.03.2022

El motiu de la retirada és una fabricació dels lots esmentats en les instal·lacions situades al Polígon Industrial de Celrà (c/Pujols, s/n, 17460, Celrà, Girona) sense la preceptiva autorització com a fabricant de medicaments.

S'informa que la companyia es posarà en contacte amb tots els pacients que tenen unitats afectades per a procedir a reemplaçar el producte per unitats no afectades per aquesta retirada.

Us enviem aquesta informació per tal que en tingueu coneixement i en pugueu fer la difusió escaient dins del vostre àmbit competencial per contribuir a fer efectiva aquesta retirada del mercat.

  
M. Jose Gaspar Caro  
Cap de Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques